



ЭКОЛОДЖИКС
Лаб

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический Центр «ЭколоджиксЛаб»

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, лит. А, помещение 26Н, офис 323.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.430292

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об участии лаборатории в
межлабораторных сличительных испытаниях

Дата выдачи 26 июля 2024 г.

Наименование участника	Испытательная лаборатория «Экология жизненного пространства» ООО «ЭКОСПЭЙС»
ИНН/ОГРН	7724718960/1097746556643
Адрес	127018, г. Москва, ул. Октябрьская, дом 5, пом. 1, ком. 6,7
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	RA.RU.21ЭС36

Испытательная лаборатория «Экология жизненного пространства» ООО «ЭКОСПЭЙС» приняла участие в 25 туре межлабораторных сличительных испытаний по программе ПР № 26-24 «Программа проверки квалификации в области измерения освещенности на рабочих местах, жилых и общественных зданиях, территориях жилой и промышленной застройки».

Результаты участия приведены на оборотной стороне свидетельства.

Приложение: отчет № 26-24-25-4.

ВРИО Руководителя провайдера проверки
квалификации

А.Ю. Патюткина



В качестве приписанного значения использовались значения измеряемых величин, полученные единственной лабораторией с использованием основного метода п. 7.5 ГОСТ Р 50779.60-2017.

Для оценки характеристики функционирования использовалось число E_n , приведенное в ГОСТ ISO/IEC 17043-2013.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ

Измеряемые величины и единицы измерения:

- Освещенность (естественная, искусственная), лк;

Образец для контроля - светонепроницаемый короб с источником модулируемого освещения №26-001

Измеряемая величина	Приписанное значение		Результаты участника		Критерий $ E_n $	Оценка
	X	U_x	x	U_{lab}		
Освещённость (Искусственная освещённость), лк	135	12	127,3	14,4	0,41	Удовлетворительно
Освещённость (Естественная освещённость), лк	70	6	67,4	7,6	0,27	Удовлетворительно

Обозначения:

X – приписанное значение;

U_x – расширенная неопределенность приписанного значения;

x – результат участника;

U_{lab} – расширенная неопределённость (или доверительные границы погрешности) результата участника.

Координатор МСИ



Д.А. Агафонова