

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический Центр «ЭкологиксЛаб»**

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, лит. А, помещение
26Н, офис 323

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.430292

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об участии лаборатории в
межлабораторных сличительных испытаниях

Дата выдачи

26 июля 2024 г.

Наименование участника

Испытательная лаборатория «Экология жизненного пространства» ООО «ЭКОСПЭЙС»

ИНН/ОГРН

7724718960/1097746556643

Адрес

127018, г. Москва, ул. Октябрьская, дом 5, пом. 1,
ком. 6,7

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21ЭС36

Испытательная лаборатория «Экология жизненного пространства» ООО «ЭКОСПЭЙС» приняла участие в 25 туре межлабораторных сличительных испытаний по программе ПР № 27-24 «Программа проверки квалификации в области измерения параметров вибрации».

Результаты участия приведены на оборотной стороне свидетельства.

Приложение: отчет № 27-24-25-7.

ВРИО Руководителя провайдера проверки
квалификации

А.Ю. Патюткина



В качестве приписанного значения использовались значения измеряемых величин, полученные единственной лабораторией с использованием основного метода п. 7.5 ГОСТ Р 50779.60-2017.

Для оценки характеристики функционирования использовалось число E_n , приведенное в ГОСТ ISO/IEC 17043-2013.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ

Измеряемая величина и единицы измерений:

- Общая вибрация (дБ).

Образец для контроля – портативный вибростенд Зав. №27-0001.

Измеряемая величина	Приписанное значение		Результаты участника		Критерий $ E_n $	Оценка
	X	U_x	x	U_{lab}		
Общая вибрация (Корректированный уровень виброускорения (дБ))	104,8	1,4	105,8	29,2	0,03	Удовлетворительно

Обозначения:

X – приписанное значение;

U_x – расширенная неопределенность приписанного значения;

x – результат участника;

U_{lab} – расширенная неопределённость (или доверительные границы погрешности) результата участника.

Координатор МСИ



Д.А. Агафонова