



ЭКОЛОДЖИКС
лаб

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический Центр «ЭкологизиксЛаб»

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, лит. А, помещение 26Н, офис 323.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.430292

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об участии лаборатории в
проверке квалификации

Дата выдачи

02 июля 2025 г.

Наименование участника

ИЛ «Экология жизненного пространства»

ИНН/ОГРН

7724718960/1097746556643

Адрес места осуществления
деятельности участника

127018, г. Москва, ул. Октябрьская, дом 5, пом. 1, ком. 6,
7

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21ЭС36

ИЛ «Экология жизненного пространства» приняла участие в 29 туре проверки квалификации по программе ПР № 20-25 «Программа проверки квалификации в области измерения напряженности магнитного и электрического полей».

Результаты участия приведены на оборотной стороне свидетельства.

Приложение: отчет № 20-25-29-20.

Руководитель провайдера проверки
квалификации

А.Ю. Сазанович

Контур Кристо

владелец

Сазанович Анастасия Юрьевна

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 02.07.2025

серийный номер
срок действия

682A2C92A4352A8B86F5352F419245F4EFCE5AEC
15.10.2024 - 19.06.2039

В качестве приписанного значения использовались значения измеряемых величин, полученные единственной лабораторией с использованием референтного метода п. 7.5 ГОСТ ISO 13528-2024.

Для оценки характеристики функционирования использовалось число E_n , приведенное в ГОСТ ISO/IEC 17043-2013.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ

Измеряемые величины и единицы измерения:

- Напряженность переменного электрического поля, В/м
- Напряжённость переменного магнитного поля, А/м

Образец для контроля - портативный источник электромагнитных полей Зав №20-001.

	Напряженность переменного электрического поля, В/м	Напряжённость переменного магнитного поля, А/м
X	390	25
U_X	91	5
x	480,75	30,35
U_{lab}	83,28	5,28
Критерий $ E_n $	0,74	0,74
Интерпретация	Удовлетворительно	Удовлетворительно

Обозначения:

X – приписанное значение;

U_X – расширенная неопределенность приписанного значения;

x – результат участника;

U_{lab} – расширенная неопределённость (или доверительные границы погрешности) результата участника.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 02.07.2025

владелец

Сазанович Анастасия Юрьевна

серийный номер
срок действия

682A2C92A4352A8B86F5352F419245F4EFCE5AEC
15.10.2024 - 19.06.2039